

HPLC用試薬・溶媒

製品追加のお知らせ ③



Kanto Reagents



● トルエン 3L

ご好評をいただいておりますHPLC用溶媒に、“トルエン” 3L容量を包装追加いたしました。大量に使用される場合におすすめです。また従来品と同様、安心してご使用いただけます。

製品リスト

製品名	規格	包装	価格(¥)	製品番号
トルエン	HPLC用	1L	2,800	40180-1B
		NEW 3L	6,500	40180-2B
ギ酸	HPLC用	1mL(A) × 5	8,500	16233-96
		25mL(S)	8,500	16233-97
酢酸	HPLC用	1mL(A) × 5	7,000	01021-96
		25mL(S)	7,000	01021-97
テトラヒドロフラン	HPLC用	200mL	3,000	40060-3B
		1L	6,500	40060-1B
		3L	14,000	40060-2B
トリフルオロ酢酸	HPLC用	1mL(A) × 5	8,500	40578-1B
		25mL(A)	9,000	40578-2B
りん酸	HPLC用	25mL(S)	3,200	32187-96

※S：スクリューキャップ A：アンプル
本記載価格に消費税は含まれておりません。

製品規格

	Toluene トルエン		Tetrahydrofuran テトラヒドロフラン		Phosphoric acid りん酸	
	CH ₆ CH ₃ FW: 92.14 40180-1B 1L 40180-2B 3L		C ₄ H ₈ O FW: 72.11 40060-3B 200mL 40060-1B 1L 40060-2B 3L		H ₃ PO ₄ FW: 98.00 32187-96 25mL(S)	
Specification						
Purity	min. 99.7%		min. 99.8%		min. 85.0%	
Density (20°C)	0.864~0.868g/mL		0.884~0.889g/mL		-	
Refractive index <i>n</i> _D ²⁰	1.496~1.498		1.406~1.408		-	
Water	max. 0.03%		max. 0.05%		-	
Non-volatile matter	max. 0.001%		max. 0.001%		-	
Acid (as CH ₃ COOH)	-		max. 0.001%		-	
Acid (as HCl)	max. 0.001%		-		-	
Peroxide (as H ₂ O ₂)	max. 5ppm		max. 0.01%		-	
Absorbance (1cm cell, reference : water)					(25% Solution)	
λ(nm)	-		max.		max.	
215	-		0.70		-	
220	-		-		0.03	
230	-		0.40		-	
240	-		0.30		-	
254	-		0.20		-	
260~	-		-		0.02	
280	-		0.03		0.01	
285	1.00		-		-	
290	0.50		0.02		-	
300	0.15		-		-	
300~	-		0.01		0.01	
330	0.03		-		-	
350~	0.01		-		-	
Relative fluorescence intensity			-		to pass test	
	Acetic acid 酢酸		Formic acid ギ酸		Trifluoroacetic acid トリフルオロ酢酸	
	CH ₃ COOH FW: 60.05 01021-96 1mL(A) × 5 01021-97 25mL(S)		HCOOH FW: 46.03 16233-96 1mL(A) × 5 16233-97 25mL(S)		CF ₃ COOH FW: 114.02 40578-1B 1mL(A) × 5 40578-2B 25mL(A)	
Specification						
Purity	min. 99.7%		min. 98.0%		min. 99.8%	
Absorbance (1cm cell, reference : water)	(25% Solution)		(25% Solution)		(25% Solution)	
λ(nm)	max.		max.		max.	
260	0.1		0.5		0.03	
280	0.02		0.1		0.003	
300~	0.01		0.07		0.001	
Relative fluorescence intensity	to pass test		to pass test		to pass test	



25mL(S) スクリューキャップ



25mL(A) アンブル



1mL(A) × 5アンブル



関東化学株式会社
試薬事業本部 試薬部

103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号 (03)3663-7631
541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番1号 (06)6231-1672
812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092)414-9361

<< <http://www.kanto.co.jp> E-mail: reag-info@gms.kanto.co.jp >>