ポジティブリスト制度 一斉試験法対応　Ver.1

LC/MS 農薬混合標準液

Kanto Reagents

「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」において、LC/MSによる農薬等の一斉試験法[通知試験法] が厚生労働省より示されています。

弊社では、本試験法に対応した農薬混合標準液及びアプリケーションを準備しています。下記製品は成分が被らない混合組成としており、農作物Ⅰ法 77成分、Ⅱ法 52成分（異性体を含む）についてLC/MSによる一斉分析が可能となっています。混合組成の詳細につきましては、別途一覧を準備しておりますのでご確認下さい。また、濃度保証に関しては弊社独自の安定性試験を実施しており、高い信頼性をいただいていますので安心してご利用いただけます。ご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

● 製品レンジ

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ（農作物）

製 品 名	該当成分数	包　装	価 格(¥)	製品番号
農薬混合標準液 54 *Pesticides standard solution 54* （LC/MS対応 28種混合）	28 種	2 mL × 5 2 mL × 1	60,000 19,000	34267-96 34267-97
農薬混合標準液 58 *Pesticides standard solution 58* （LC/MS対応 35種混合）	26 種	2 mL × 5 2 mL × 1	70,000 22,000	34271-96 34271-97
【 農薬混合標準液 53代替品 】 農薬混合標準液 78　New! *Pesticides standard solution 78* （LC/MS対応 28種混合）	23 種	2 mL × 5 2 mL × 1	45,000 15,000	34291-96 34291-97
合計	77 種			

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ（農作物）

製 品 名	該当成分数	包　装	価 格(¥)	製品番号
農薬混合標準液 45 *Pesticides standard solution 45* （LC/MS対応 19種混合）	19 種	2 mL × 5 2 mL × 1	40,000 13,000	34046-96 34046-97
農薬混合標準液 55 *Pesticides standard solution 55* （LC/MS対応 34種混合）	33 種	2 mL × 5 2 mL × 1	65,000 21,000	34268-96 34268-97
合計	52 種			

Mightysil MS による農薬混合標準液54の分析事例（No.1～15）

カラム ： Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速 ： 0.2 mL/min
検　出 ： ESI（TIC：Positive & Negative）
温　度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95





Mightysil MS による農薬混合標準液54の分析事例（No.16～28）

カラム　：　Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液　：　A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　：　B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速　：　0.2 mL/min
検　出　：　ESI（TIC：Positive & Negative）
温　度　：　40 ℃
注入量　：　5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95



16. Indanofan
m/z 341

17. Tetrachlorvinphos
m/z 367

18. Carpropamid
m/z 336

19. Imazalil
m/z 297

20. Pencycuron
m/z 329

21. Hexaflumuron
m/z -459

22. Cycloate
m/z 216

23. Oxaziclomefone
m/z 376

24. Fenoxaprop-ethyl
m/z 362

25. Flufenoxuron
m/z -487

26. Spinosad (Spinosyn A)
m/z 732.5

26. Spinosad (Spinosyn D)
m/z 746.5

27. Tridemorph
m/z 298.5

28. Silafluofen
m/z 287

Mightysil MS による農薬混合標準液54の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン (m/z)									
			Positive					Negative				
			プリカーサー	プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）		プロダクト（定性）	
1	Methomyl	5.62	163	***88***		106						
2	Bendiocarb	11.72	224	***167***		109						
3	Thiodicarb	12.79	355	***88***		108						
4	Pirimicarb	13.47	239	***182***	***72***	182	72					
5	Furametpyr	13.72	334	***157***		290						
6	Methabenzthiazuron	13.74	222	***165***		150						
7	Azoxystrobin	15.27	404	***372***		344						
8	Fenobucarb	15.47	208	***95***		152						
9	Acibenzolar-S-methyl	15.77	211	***136***		211	69					
10	Methiocarb	15.77	226	***169***		121						
11	Daimuron	16.32	269	***151***		91						
12	Cumyluron	16.54	303	***185***		125						
13	Chloroxuron	16.72	291	***72***		291	164					
14	Mepanipyrim	16.87	224	***106***		77						
15	Triticonazole	17.07	318	***70***		318	125					
16	Indanofan	17.12	341	***175***		187						
17	Tetrachlorvinphos	17.74	367	***127***		206						
18	Carpropamid	18.09	336	***139***		103						
19	Imazalil	18.17	297	***159***		255						
20	Pencycuron	18.79	329	***125***		89						
21	Hexaflumuron	19.10	-459	***-461***	***-439***							
22	Cycloate	19.24						216	***154***	***83***	154	83
23	Oxaziclomefone	19.64	376	***190***				376	***190***		161	
24	Fenoxaprop-ethyl	19.69	362	***288***				362	***288***		121	
25	Flufenoxuron	20.63			***-487***	-489		489	***158***		141	
26	Spinosad (Spinosyn A)	22.17						732	***142***		98	
	Spinosad (Spinosyn D)	22.74						746	***142***		98	
27	Tridemorph	23.92	298					298	***130***	***57***	98	
		24.99	298					298	***130***		98	
28	Silafluofen	24.62						426	***287***		168	

Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例 (No.1～3)



Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例（No.4～18）

カラム ： Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速 ： 0.2 mL/min
検　出 ： ESI（TIC：Positive & Negative）
温　度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95





Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例 (No.19~33)

カラム ： Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速 ： 0.2 mL/min
検　出 ： ESI (TIC : Positive & Negative)
温　度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95



Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例（No.34～35）



Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン（m/z）									
			Positive						Negative			
			プリカーサー		プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）	プロダクト（定性）	
1	Thiamethoxam	5.69	292		*211.1*		181					
2	Imidacloprid	6.67	256		*209*	*175*						
3	Clothianidin	6.89	250		*168.9*		132					
4	Chloridazon	7.79	222		*92*	*65*	77					
5	Oxycarboxin	8.52	268		*174.9*		147					
6	Thiacloprid	8.57	253		*126.1*		90	73				
7	Thiabendazole	10.09	202		*174.9*		131					
8	Azamethiphos	11.02	325		*183*		112					
9	Dimethirimol	13.54	210		*71*		140					
10	Tralkoxydim-1	13.92							-328	*-254*	-66	
11	Isoxaflutole	14.14	360		*251*		360	144				
10'	Tralkoxydim-2	16.19	330		*137.9*		284		-328	*-254*	-66	
12	Azinphos-methyl	14.72	318		*159.9*	*76.97*	132					
13	Phenmedipham	14.77	318	301	*167.9*	*136.1*						
14	Pyriftalid	14.98	319		*139.1*		179	93				
15	*E*-Ferimzone	15.72	255		*132*	*91*						
16	*Z*-Ferimzone	15.72	255	124.2	*91*	*132*						
17	Methoxyfenozide	16.23	369	148.9		*91*		-367	**-149**		-105	
18	Chromafenozide	16.75	395	175.1		*339*	147					
19	Butafenacil	16.80	492	330.9		*180*						
20	Iprovalicarb	16.81	321	119		*203*						
21	Simeconazole	17.16	294	70		*73*						
22	Oryzalin	17.18						-345	**-281**	*-78*	-147	
23	Naproanilide	17.54	292	170.9		*120*		-290	**-143**		-93	
24	Fenoxycarb	17.74	302	116.2	*88*							
25	Anilofos	18.12	368	199.1		*125*						
26	Cyflufenamid	18.68	413	295.1	*241.1*	*203*						
27	Pyrazolate	18.83	439	91		*229*	173					
28	Indoxacarb	19.19	528	150		*203*						
29	Benzofenap	19.63	431	105.2		*119*						
30	Quizalofop-ethyl	19.94										
31	Lactofen	19.95	479	343.9		*223*						

Mightysil MS による農薬混合標準液58の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン（m/z）									
			Positive						Negative			
			プリカーサー		プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）	プロダクト（定性）	
32	Furathiocarb	19.99	383	252.2		***195***						
33	Clomeprop	20.18	324	120.3		***203***	105					
34	Cloquintocet-1-methyl hexyl ester	20.31	336	238		***192***	179					
35	Abamectin B1a	22.27	891	567.3	***305.3***	***568***						

Mightysil MS による農薬混合標準液78の分析事例（No.1～11）

カラム ： Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速 ： 0.2 mL/min
検　出 ： ESI（TIC：Positive & Negative）
温　度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95





Mightysil MS による農薬混合標準液78の分析事例 (No.12~25)

カラム ： Mightysil RP-18 MS 150-2.0 (5 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
　　： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流　速 ： 0.2 mL/min
検　出 ： ESI (TIC : Positive & Negative)
温　度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95





Mightysil MS による農薬混合標準液78の分析事例（No.26～28）



Mightysil MS による農薬混合標準液78の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン（m/z）									
			Positive						Negative			
			プリカーサー		プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）	プロダクト（定性）	
1	Aldicarb-sulfone	4.88	240	223	*86*		148	76				
2	Oxamyl	5.02	237		*72*		237	90				
3	Aldicarb	9.47	208		*116*		191	89				
4	Carbofuran	11.44	222		*165*		123					
5	Tebuthiuron	11.76	229		*172*		116					
6	Carbaryl	12.33	219	202	*202*	*145*	145	127				
7	Monolinuron	12.73	215		*126*		148					
8	Diuron	14.27	233		*72*		233	160				
9	Fluridone	14.98	330		*310*	*294*	259					
10	Linuron	15.49	249		*182*		160					
11	Dimethomorph-1	15.49	388		*301*		165					
11'	Dimethomorph-2	16.08										
12	Fenamidone	15.59	312		*92*		236					
13	Boscalid	15.83	343		*307*		140					
14	Flufenacet	16.84	364		*152*		194	124				
15	Epoxiconazole	17.01	330		*121*		101					
16	Tebufenozide	17.38	353		*297*	*133*	133	105				
17	Diflubenzuron	17.42	328	311	*158*		311	141				
18	Cyprodinil	18.12	226		*93*		108	77				
19	Pyraclostrobin	18.26	388		*163*		105					
20	Triflumuron	18.33	359		*156*		139					
21	Clofentezine	18.63	303		*138*		102					
22	Novaluron	19.09	493		*158*		141					
23	Diallate	19.18	270		*86*		109					
24	Propaquizafop	19.71	444		*100*		163					
25	Lufenuron	19.86							-509	-326	-175	
26	Teflubenzuron	20.01	381		*141*		158					
27	Hexythiazox	20.23	353		*228*		168					
28	Fenpyroximate	20.8	422		*366*		214	135				

Mightysil PA による農薬混合標準液45の分析事例 (No.1~14)

グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95

カラム ： Mightysil RP-18 PA 150-2.0 (3 μm)
溶離液 ： A液 5 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液
： B液 5 mmol/L 酢酸アンモニウムメタノール溶液
流 速 ： 0.2 mL/min
検 出 ： ESI (TIC : Positive & Negative)
温 度 ： 40 ℃
注入量 ： 5 μL





Mightysil PA による農薬混合標準液45の分析事例 (No.15~19)



Mightysil PA による農薬混合標準液45の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン (m/z)									
			Positive					Negative				
			プリカーサー	プロダクト (定量)		プロダクト (定性)		プリカーサー	プロダクト (定量)		プロダクト (定性)	
1	Flumetsulam	5.55	326	*129*		326	109					
2	Fluroxypyr	6.17						-253	*-195*		-233	
3	Imazaquin	7.28	312	*267.3*	*199*	128	86					
4	4-CPA	7.62						-185	*-127*		-185	
5	Bromoxynil	8.05						-276	*-81*	*-78.8*	-275.9	
6	1-Naphthylacetic acid	8.99						-185	*-141*		-185	
7	Cloprop	9.01						-199	*-127*		-71	
8	Ioxynil	10.20						-370	*-127*		-215	
9	Cloransulam-methyl	11.25	430	*398*	*370.2*	153						
10	Thidiazuron	11.59						-219.1	*-100*			
11	Diclosulam	11.66	406	*161*		378						
12	Mecoprop	12.05						-213	*-141*		-71	
13	Triclopyr	12.10						-245	*-196*		-218	
14	Dichlorprop	12.20						-233	*-161*		-125	
15	Forchlorfenuron	14.11	248	*129*		93						
16	MCPB	14.31						-227	*-141*		-227	
17	Fomesafen	14.79						-437	*-195*		-316.1	-222
18	Acifluorfen	14.86						-360	*-316*		-195	
19	Haloxyfop	15.54	362	*316*		288						

Mightysil MS による農薬混合標準液55の分析事例 (No.1~20)



グラジエント条件

min	A(%)	B(%)
0	85	15
1	60	40
3.5	60	40
6	50	50
8	45	55
17.5	5	95
30	5	95



Mightysil MS による農薬混合標準液55の分析事例（No.21 ～34）



Mightysil MS による農薬混合標準液55の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン（m/z）									
			Positive						Negative			
			プリカーサー		プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）	プロダクト（定性）	
1	Gibberellic acid	5.97 6.07							-345	*-143*	-239	-221
2	Metsulfuron methyl	6.24	382		*168*	*167*	198	57	-380	*-139*	-107	
3	Thifensulfuron methyl	6.25	388		*167*		126	56				
4	Azimsulfuron	6.66	425		*182*		139					
5	Chlorsulfuron	7.03	358		*141*		167					

Mightysil MS による農薬混合標準液55の分析事例

No.	化合物名	R.T.	LC/MS/MS 測定イオン（m/z）									
			Positive						Negative			
			プリカーサー		プロダクト（定量）		プロダクト（定性）		プリカーサー	プロダクト（定量）	プロダクト（定性）	
6	Florasulam	7.04	360		*129*		360	82				
7	Cinosulfuron	7.10	414		*183*		157	83	-412	*-154*	-66	
8	Foramsulfuron	7.50	453		*182*		254	83	-451	*-296*	-267	
9	Sulfosulfuron	7.68	471		*211*		261					
10	Flazasulfuron	7.90	408		*182*	*181*	227	139	-406	*-154*	-251	
11	Propoxycarbazone sodium	7.93	421	399	*180*	*115*	264	134	-397	*-156*	-113	
12	Triasulfuron	8.14	402		*167*		141					
13	Clofencet	8.17	279		*261*		166					
14	Mesosulfuron methyl	8.55	504		*182*		306	83	-502	*-267*	-347	
15	Ethametsulfuron methyl	8.73	411		*196*		168					
16	Pyrazosulfuron ethyl	9.38	415		*182*	*181*	139	83	-413	*-154*	-232	
17	Naptalam	9.46	292		*144*		149		-290	*-246*	-142	
18	Iodosulfuron methyl soddium	9.62	508		*167*		508					
19	Trifloxysulfuron sodium	9.66	438		*182*		257					
20	Halosulfuron methyl	9.70	435		*182*		83		-433	*-252*	-154	-78
21	2,4-D	10.15							-219	*-161*	-125	
22	MCPA	10.17							-199	*-141*	-199	
23	Metosulam	10.18	420	418	*176*	*174*	189	140	-416	*-179*	-66	
24	Penoxsulam	10.46	484		*195*		164					
25	Chlorimuron ethyl	10.86	415		*186*		83					
26	Ethoxysulfuron	11.26	399		*261*		218					
27	Sulfentrazone	11.61	387		*307*		146					
28	Clodinafop free acid	12.63	312		*266*		238					
29	Bensulfuron methyl	12.66	433	411	*179*	*148*	278	181	-409	*-154*	-254	
30	Fluazifop (free acid)	12.67	328		*283*	*282*	255	254	-326	*-254*	-206	
31	Cyclanilide	12.77							-272	*-160*	-228	
32	Cyclosulfamuron	13.80	422		*261*	*139*	218	69	-420	*-265*	-78	
33	Fenhexamid	16.81	302		*97*	*96*	55		-300	*-264*	-249	
34	Diclomezine	17.40	257	255	*140*	*89*	158	75	-253	*-182*	-40	

＜注意＞

- 本データは参考情報であり、農薬混合標準液及びMightysil RP-18 MSの性能を保証するものではございません。
- 厚生労働省より通知試験法として「LC/MSによる農薬等の一斉試験法（農産物、畜水産物）」（別表）で分析対象となる農薬を混合しております。
- 抽出、前処理法については、 厚生労働省の上記試験法を参考にご検討ください。

製品レンジ

製品番号	製 品 名	規 格	包 装	価 格
34267-96	農薬混合標準液 54 *Pesticides standard solution 54* （ポジティブリスト制度 LC/MS対象 28種）	残留農薬試験用	2 mL×5	￥ 60,000
34267-97			2 mL×1	￥ 19,000

＜組成＞

アシベンゾラル-*S*-メチル　クミルロン　チオジカルブ　フェノブカルブ　メソミル
アゾキシストロビン　クロロクスロン　テトラクロルビンホス　フラメトピル　メタベンズチアズロン
イマザリル　シクロエート　トリチコナゾール　フルフェノクスロン　メチオカルブ
インダノファン　シラフルオフェン　トリデモルフ　ヘキサフルムロン　メパニピリム
オキサジクロメホン　スピノサド　ピリミカルブ　ペンシクロン
カルプロパミド　ダイムロン　フェノキサプロップエチル　ベンダイオカルブ

（各 10 mg／L メタノール溶液、冷凍保存）

製品レンジ

製品番号	製 品 名	規 格	包 装	価 格
34271-96	農薬混合標準液 58 *Pesticides standard solution 58* （ポジティブリスト制度 LC/MS対象 35種）	残留農薬試験用	2 mL×5	¥ 70,000
34271-97			2 mL×1	¥ 22,000

＜組成＞

アザメチホス　インドキサカルブ　クロメプロップ　チアメトキサム　Z-フェリムゾン
アジンホスメチル　オキシカルボキシン　クロリダゾン　トラルコキシジム　フェンメディファム
アニロホス　オリザリン　シフルフェナミド　ナプロアニリド　ブタフェナシル
アバメクチン　キザロホップエチル　シメコナゾール　ピラゾレート　フラチオカルブ
イソキサフルトール　クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル　ジメチリモール　ピリフタリド　ベンゾフェナップ
イプロバルカルブ　クロチアニジン　チアクロプリド　フェノキシカルブ　メトキシフェノジドイミダゾール
イミダクロプリド　クロマフェノジド　チアベンダゾール　E-フェリムゾン　ラクトフェン

（各 10 mg／L メタノール溶液、冷凍保存）

34291-96	農薬混合標準液 78 New! *Pesticides standard solution 78* （ポジティブリスト制度 LC/MS対象 28種）	残留農薬試験用	2 mL×5	¥ 45,000
34291-97			2 mL×1	¥ 15,000

＜組成＞

アルジカルブ　クロフェンテジン　テブチウロン　フェンアミドン　ヘキシチアゾクス
アルジカルブスルホン　ジウロン　テブフェノジド　フェンピロキシメート　ボスカリド
エポキシコナゾール　ジフルベンズロン　テフルベンズロン　フルフェナセット　モノリニュロン
オキサミル　シプロジニル　トリフルムロン　フルリドン　リニュロン
カルバリル　ジメトモルフ　ノバルロン　プロパキザホップ　ルフェヌロン
カルボフラン　ダイアレート　ピラクロストロビン

（各 10 mg／L メタノール溶液、冷凍保存）

34046-96	農薬混合標準液 45 *Pesticides standard solution 45* （ポジティブリスト制度 LC/MS対象 19種）	残留農薬試験用	2 mL×5	¥ 40,000
34046-97			2 mL×1	¥ 13,000

＜組成＞

MCPB　クロランスラムメチル　トリクロピル　ブロモキシニル
アイオキシニル　4-CPA　1-ナフチル酢酸　ホメサフェン
アシフルオルフェン　ジクロスラム　ハロキシホップ　ホルクロルフェニュロン
イマザキン　ジクロルプロップ　フルメツラム　メコプロップ
クロプロップ　チジアズロン　フルロキシピル

（各 10 mg／L メタノール溶液、冷凍保存）

34268-96	農薬混合標準液 55 *Pesticides standard solution 55* （ポジティブリスト制度 LC/MS対象 34種）	残留農薬試験用	2 mL×5	¥ 65,000
34268-97			2 mL×1	¥ 21,000

＜組成＞

2, 4-D　クロフェンセット　ジベレリン酸　ハロスルフロンメチル　ペノキススラム
MCPA　クロリムロンエチル　スルフェントラゾン　ピラゾスルフロンエチル　ベンスルフロンメチル
アジムスルフロン　クロルスルフロン　スルホスルフロン　フェンヘキサミド　ホラムスルフロン
ヨードスルフロンメチルナトリウム　シクラニリド　チオフェンスルフロンメチル　フラザスルフロン　メソスルフロンメチル
エタメツルフロンメチル　シクロスルファムロン　トリアスルフロン　フルアジホップ　メトスラム
エトキシスルフロン　ジクロメジン　トリフロキシスルフロンナトリウム　プロポキシカルバゾンナトリウム　メトスルフロンメチル
クロジナホップ酸　シノスルフロン　ナプタラム　フロラスラム

（各 10 mg／L メタノール溶液、冷凍保存）

注） 本製品に関してご不明な点がございましたら、お近くの弊社営業所もしくは販売店までお問合わせ下さい。

関東化学株式会社
試薬事業本部　試薬部
103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1090
541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6231-1672
812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361
≪ http://www.kanto.co.jp　E-mail;reag-info@gms.kanto.co.jp ≫

RDA-10 (201610)